

เทศบาลตำบลป่าดง

ฎีกาเบิกเงินอื่น

ประจำปีงบประมาณ 2563

เลขที่ผู้เบิก 63-02-00000-0000000-00087 (51/2563)  
วันที่จัดทำ 2 เมษายน 2563

เลขที่คลังรับ 581/ก3  
วันที่คลังรับ 3 เม.ย. 2563

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
มูลค่าสินค้าหรือบริการ / เงินรับฝากอื่นๆ-โครงการ ป้องกันกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ เทศบาลตำบลป่าดง	13,500 00	
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	135 00	
จำนวนเงินที่จ่ายสุทธิ	13,365 00	เบิกเพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย ชนิดอินฟราเรด)
(ตัวอักษร)	(หนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน)	

<p>หน่วยงานผู้เบิก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอเบิกเงินตามรายการข้างต้น (ลงชื่อ)..... หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก (นายวิระ โรจนอาษา) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม วันที่..... 3 เม.ย. 2563</p>	<p>ได้ตรวจสอบแล้วมีเงินคงเหลือเพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้ จำนวน 13,500.00 บาท (ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจสอบ (นางอารีย์ ดาวชูชีพ) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี วันที่..... 3 เม.ย. 2563</p>
<p>ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้องแล้ว (ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจฎีกา (นางสาวบุษย์รินทร์ มณีรัตน์โชติ) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง วันที่..... 3 เม.ย. 2563</p>	<p>เรียน ปลัดเทศบาลตำบลป่าดง เห็นควรให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น (ลงชื่อ)..... (นางธนวัน ภูรุ่งฤทธิ์) ผู้อำนวยการกองคลัง วันที่..... ๓ เม.ย. ๖๓</p>
<p>เรียน นายกเทศมนตรีตำบลป่าดง เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น (ลงชื่อ)..... (นายประพฤษ นิลโมทย์) ปลัดเทศบาล วันที่..... ๓ เม.ย. ๖๓</p>	<p>อนุมัติให้เบิกจ่ายได้ จำนวน 13,500.00 บาท (ลงชื่อ)..... (นายอรุณ อภิธรรมรักษ์) นายกเทศมนตรีตำบลป่าดง วันที่..... 7 เม.ย. 2563</p>
<p>ธนาคาร กรุงไทย สาขา..... บัญชีเลขที่ 917-6-00748-0 เลขที่เช็ค 10069533 ลงวันที่..... 7 เม.ย. 2563 จำนวนเงิน 13,365.00 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยหกสิบห้า บาทถ้วน) จ่ายให้ ร้านอมันต้า โดย นางสาวอรทัย พรหมมา</p>	<p>ผู้ลงนามในเช็ค/ใบถอน (ลงชื่อ)..... ผู้ลงนาม (ลงชื่อ)..... ผู้ลงนาม (ลงชื่อ)..... ผู้ลงนาม</p>
<p>การจ่ายเงินเป็นไปตามรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน เลขที่ 130/2563 ลงวันที่ 7 เม.ย. 2563</p>	

(ลงชื่อ)..... ผู้รับเงิน  
(น.ส.อรทัย พรหมมา)  
วันที่..... 7 เม.ย. 2563

(ลงชื่อ)..... ผู้จ่ายเงิน  
(นางอารีย์ ดาวชูชีพ)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
วันที่..... 7 เม.ย. 63

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 10/44

วันที่ 7 เมษายน 2563

นาม เทศบาลตำบลปาดัง

ที่อยู่ 555 หมู่ที่ 5 ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา

จำนวน	รายการ	หน่วยละ	จำนวนเงิน
3 เครื่อง	เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย ชนิดอินฟราเรด	4,500	13,500
	1.การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์		
	2.วัดแบบไม่ต้องสัมผัส		
	3.ความแม่นยำสูง สะอาด ถูกสุขอนามัย		
	4.เซ็นเซอร์อินฟราเรดนำเข้าจากประเทศเยอรมัน		
	5.กลุ่มการจัดเก็บข้อมูล 32 กลุ่มแบบ Dual		
	6.หน่วยอุณหภูมิที่ปรับได้สะดวก		
	7.สามารถตั้งค่าสัญญาณเตือน		
	8.ฟังก์ชันปิดอัตโนมัติเมื่อไม่ทำงานภายใน 20 วินาที		
	9.วิธีการวัด: ไม่สัมผัส		
	10.ระยะทางที่มีประสิทธิภาพ: 5-15 ซม.		
	11.ช่วงการวัด:ร่างกาย 32 -42.9 °C โหมดวัดอุณหภูมิ 0 °C -100 °C		
	12.ความถูกต้องของการวัด: ร่างกาย ± 0.2 °C วัดอุณหภูมิ ± 1.0 °C		
	13.ความละเอียด: 0.1 °C		
	14.สภาพการทำงาน: 10 ~ 40 °C		
	15.สภาพการจัดเก็บ: -25 ~ 55 °C		
	16.กำลังไฟ: แบตเตอรี่แห้ง 2AA		
	17.หน่วยความจำ: 32 กลุ่ม (อุณหภูมิร่างกาย, อุณหภูมิ)		
	18.จอแสดงผล: ไฟหน้าจอสีสันสามดวง		
	19.หน่วยอุณหภูมิ: เซลเซียส, ฟาเรนไฮต์		
	20.ฟังก์ชันปิดอัตโนมัติ: 20 วินาที		
	21.ขนาด: 86 * 160 * 46 มม.		
	22.น้ำหนักสุทธิ: 228 กรัม (รวมบรรจุภัณฑ์และแบตเตอรี่)		
	23.ขนาดบรรจุ: 215 * 120 * 55 มม.		
	หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน	จำนวนเงินรวม	13,500

จ่ายแล้ว

นางอารีย์ ดาวชูชีพ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงมือ.....

( นางธนวัน ภูรุ่งฤทธิ์ )

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้รับเงิน.....

วันที่..... 7 / เม.ย. 63 .....



ร้าน AMANDA ( อมันต้า )

ที่อยู่ 25/16,17 ถ.เทศบาล1 ม.3 ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190

โทรศัพท์ 093-7896956,087-0250571

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 1939900014031

ใบสั่งของ

เลขที่ 30 ส.ค. 2563

วันที่

นาม เทศบาลตำบลปาดัง

ที่อยู่ 555 หมู่ที่5 ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเตกา จ.สงขลา

จำนวน	รายการ	หน่วยละ	จำนวนเงิน
3 เครื่อง	เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย ชนิดอินฟราเรด	4,500	13,500
	1.การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์		
	2.วัดแบบไม่ต้องสัมผัส		
	3.ความแม่นยำสูง สะอาด ถูกสุขอนามัย		
	4.เซ็นเซอร์อินฟราเรดนำเข้าจากประเทศเยอรมัน		
	5.กลุ่มการจัดเก็บข้อมูล 32 กลุ่มแบบ Dual		
	6.หน่วยอุณหภูมิที่ปรับได้สะดวก		
	7.สามารถตั้งค่าสัญญาณเตือน		
	8.ฟังก์ชันปิดอัตโนมัติเมื่อไม่ทำงานภายใน 20 วินาที		
	9.วิธีการวัด: ไม่สัมผัส		
	10.ระยะทางที่มีประสิทธิภาพ: 5-15 ซม.		
	11.ช่วงการวัด:ร่างกาย 32 -42.9 °C หมดวัดอุ 0 °C -100 °C		
	12.ความถูกต้องของการวัด: ร่างกาย± 0.2 °C วัดอุ± 1.0 °C		
	13.ความละเอียด: 0.1 °C		
	14.สภาพการทำงาน: 10 ~ 40 °C		
	15.สภาพการจัดเก็บ: -25 ~ 55 °C		
	16.กำลังไฟ: แบตเตอรี่แห้ง 2AA		
	17.หน่วยความจำ: 32 กลุ่ม (อุณหภูมิร่างกาย, อุณหภูมิ)		
	18.จอแสดงผล: ไฟหน้าจอสีสามดวง		
	19.หน่วยอุณหภูมิ: เซลเซียส, ฟาเรนไฮต์		
	20.ฟังก์ชันปิดอัตโนมัติ: 20 วินาที		
	21.ขนาด: 86 * 160 * 46 มม.		
	22.น้ำหนักสุทธิ: 228 กรัม (รวมบรรจุภัณฑ์และแบตเตอรี่)		
	23.ขนาดบรรจุ: 215 * 120 * 55 มม.		
รวมเป็นเงิน (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)			13,500

ผู้รับสินค้า

ร้าน AMANDA

วันที่.....

วันที่.....

# INFRARED TEMPERATURE TESTER



Infrared Temperature Tester  
Product model: F06  
Measurement Range: 32.0°C-42.9°C  
Measurement accuracy:  $\pm 0.2^\circ\text{C}$  (35°C-42°C)  
Power supply voltage: DC3V (two AAA alkaline batteries)  
Approve technical requirements: JJF 1107-2003

สำเนาถูกต้อง

นายวิระ ไกรนอชา  
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

